



ThermoSpot Laser



- (DE)
- (EN)
- (NL)
- (DA)
- (FR)
- (ES)
- (IT)
- (PL)
- (FI)
- (PT)
- (SV)
- (NO)
- (TR) 02
- (RU) 06
- (UK) 10
- (CS) 14
- (ET) 18
- (RO) 22
- (BG) 26
- (EL) 30
- (SL) 34
- (HU) 38
- (SK) 42
- (HR) 46



Laserliner



Kullanım kılavuzunu, ekinde bulunan 'Garanti ve Ek Uyarılar' defterini ve de bu kılavuzun sonunda bulunan Internet link'i ile ulaşacağınız aktüel bilgiler ve uyarıları eksiksiz okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belge saklanmak zorundadır ve lazer tesisatı elden çıkarıldığında beraberinde verilmelidir.

Fonksiyon / Kullanım


ThermoSpot lazer, vizöre almak için 8 noktalı lazer dairesi bulunan, temassız bir kızılıötesi sıcaklık ölçüm cihazıdır. Kızılıötesi dalga boyları alanında elektromanyetik enerji miktarının ölçümü ve değerlendirilmesi sonucunda yüzeylerin temassız sıcaklık ölçümü mümkün kılınır.

Genel güvenlik bilgileri

- Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde teknik özellikleri dahilinde kullanınız.
- Ölçüm cihazları ve aksesuarları çocuk oyuncakları değildir. Çocukların erişiminden uzak bir yerde saklayınız.
- Cihaz üzerinde değişiklikler veya yapısal değiştirmeler yasaktır. Bu durumda cihazın onay belgesi ve güvenlik spesifikasyonu geçerliliğini kaybetmektedir.
- Cihazı mekanik yüklerle, aşırı sıcaklıklara, neme veya şiddetli titreşimlere maruz bırakmayın.
- Bir veya birden fazla fonksiyonu arıza gösterdiğinde ya da batarya doluluğu zayıf olduğunda cihazın bir daha kullanılmaması gerekmektedir.
- Cihazın uygun kullanımı ile ilgili yerel ya da ulusal geçerli güvenlik düzenlemelerini dikkate alınız.

Emniyet Direktifleri

Sınıf 2'ye ait lazerlerin kullanımı



- Dikkat: Lazer işini veya yansıyan işine direkt olarak bakmayın.
- Lazer işini insanların üstüne doğrultmayın.
- 2 sınıfı lazer işini gözeye vurduğunda gözlerin bilişli olarak kapatılması ve basın derhal işinden dışarı çevrilmesi gerekmektedir.
- Lazer işlarına veya yansımalarına (/refleksiyonlarına) asla optik cihazlar (büyüteç, mikroskop, dürbün, ...) aracılığıyla bakmayın.
- Lazeri göz hizasında kullanmayın (1,40...1,90 m).
- Lazer tesisatı üzerinde her türlü manipülasyon (değişiklik) yasaktır.

Emniyet Direktifleri

Elektromanyetik işinlar ile muamele


- Cihaz, elektromanyetik uyumluluğa Piyasaya Arzına İlişkin 2014/30/AB (EMC) sayılı direktifinde belirtilen, elektromanyetik uyumluluğa dair yönetmeliklere ve sınır değerlerine uygundur.
- Mekansal kullanım kısıtlamalarının, örn. hastanelerde, uçaklarda, benzin istasyonlarında veya kalp pili taşıyan insanların yakınında, dikkate alınması gerekmektedir. Elektronik cihazların ve elektronik cihazlardan dolayı bunların tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya arızalanmaları mümkün değildir.
- Yüksek gerilimlerin veya yüksek elektromanyetik dalgalı akım alanlarının yakınılarında kullanılması ölçüm doğruluğunu etkileyebilir.

Bakıma koruma işlemlerine ilişkin bilgiler

Tüm bileşenleri hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile temizleyin ve temizlik, ovalama ve çözücü maddelerinin kullanımından kaçının. Uzun süreli bir depolama öncesi bataryaları çıkarınız. Cihazı temiz ve kuru bir yerde saklayınız.

Kalibravimas


Matavimo prietaisą reikia reguliarai kalibruioti ir tikrinti, kad būtų užtikrintas matavimo rezultatų tikslumas. Rekomenduojame kalibruioti prietaisą kas metus.



- a**: Lazer ışını açık
- b**: Pil doluluğu
- c**: Hold Fonksiyonu
- d**: Ölçüm değeri göstergesi
- e**: Ölçüm esnasında maks. değer
- f**: Ekran aydınlatması
- g**: Ölçüm birimi °C / °F


4 °C / °F

Arzu edilen ısı birimini ayarlamak için, ilgili simbol ekrande belirene kadar „°C/F“ tuşuna basınız.




5 Sürekli ölçüm / Hold

Arzu edilen ısı birimini ayarlamak için, ilgili simbol ekrande belirene kadar „°C/F“ tuşuna basınız.



İstenilen ölçüm yeri hedef lazeri ile algılandıktan sonra, tuş bırakınız. Ölçülen değer tutulur.



Ölçüm sürecine dair bilgiler


Bu enfraruj ısı ölçüm cihazı çeşitli yüzey ve materyellerin ısısını belirler. Dahili senzör ölçüm kafası her cismin materyeline özgün yaydığı enfraruj ışısını algılar. Bu ışın yayılmasının derecesi emisyon derecesi tarafınca belirlenir (0-1). Cihaz sabit olarak 0,95'lik bir emisyon derecesine ayarlıdır, bu da genelde bir çok organik madde ve de plastik, seramik, ağaç, lastik ve çeşitli taşlar için uygun bir değerdir. Cihaz ile yüzey arasındaki ölçüm alanında arıza unsurlarının (buhar, gaz, kirlilik, cam) olmamasına dikkat edin.

Lazer dairesi

Lazer dairesi ölçüm alanının vizöre alınmasına yaramaktadır ve enfraruj ölçümünün yerini vizüalize eder. Isı ölçümü sadece lazer dairesi içindeki yüzeyeğde gerçekleşir.

Lazer çıkışı





Teknik özellikler

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Rev24W24

| | |
|------------------------------------|---|
| Ölçüm boyutu | Kızıl ötesi sıcaklık |
| Fonksyonlar | MAKS, HOLD |
| Kızılıötesi sıcaklık ölçüm aralığı | -38°C ... 365°C |
| Kızılıötesi sıcaklık hassasiyeti | ± 2,5°C + 0,05°C/derece (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C veya ± 2,5% (0°C ... 365°C), daha büyük olan değer geçerlidir |
| Kızılıötesi sıcaklık çözünürlüğü | 0,2°C |
| Lazer dalga boyu | 650 nm |
| Lazer sınıfı | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Otomatik kapama | 15 saniye sonra |
| Elektrik beslemesi | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Kullanım süresi | yak. 35 saat |
| Çalıştırma şartları | 0°C ... 50°C, Hava nemi maks. 80% rH, yoğuşmasız, Çalışma yükseklik maks. 4000 m normal sıfır üzeri |
| Saklama koşulları | -10°C ... 60°C, Hava nemi maks. 80% rH |
| Ölçü birimi | °C (Celsius), °F (Fahrenheit) |
| Emisyon Derecesi | sabit, 0,95 |
| Optik | 12:1 (12 m ölçüm mesafesi : 1 m ölçüm yeri) |
| Lazer | 8 Nokta Lazer Dairesi |
| Ebatlar (G x Y x D) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Ağırlık | 173 g (piller dahil) |

AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birliği'nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için: <https://packd.li/l/aqa/in>



Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемый проспект „Информация о гарантии и дополнительные сведения“, а также последнюю информацию и указания, которые можно найти по ссылке на сайт, приведенной в конце этой инструкции. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот документ необходимо сохранить и передать при передаче лазерного устройства.

Назначение / применение

ThermoSpot Laser — это бесконтактный инфракрасный термометр (пиromетр) с лазерным кругом с 8 точками для определения области измерения.

Бесконтактное измерение температуры поверхности обеспечивается за счет измерения и анализа количества электромагнитной энергии в инфракрасной области спектра.

Общие указания по технике безопасности

- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.
- Измерительные приборы и принадлежности к ним - не игрушка. Их следует хранить в недоступном для детей месте.
- Вносить в прибор любые изменения или модификации запрещено, в противном случае допуск и требования по технике безопасности утрачивают свою силу.
- Не подвергать прибор механическим нагрузкам, чрезмерным температурам, влажности или слишком сильным вибрациям.
- Работа с прибором в случае отказа одной или нескольких функций или при низком заряде батареи строго запрещена.
- Обязательно соблюдать меры предосторожности, предусмотренные местными или национальными органами надзора и относящиеся к надлежащему применению прибора.

Правила техники безопасности

Обращение с лазерами класса 2



Лазерное излучение!
Избегайте попадания луча в глаза!
Класс лазера 2 · < 1 мВт · 650 нм
IEC 60825-1:2014,
EN 60825-1:2014/A11:2021

- Внимание: Запрещается направлять прямой или отраженный луч в глаза.
- Запрещается направлять лазерный луч на людей.
- Если лазерное излучение класса 2 попадает в глаза, необходимо закрыть глаза и немедленно убрать голову из зоны луча.
- Ни в коем случае не смотреть в лазерный луч при помощи оптических приборов (лупы, микроскопа, бинокля, ...).
- Не использовать лазер на уровне глаз (1,40 - 1,90 м).
- Любые манипуляции с лазерным устройством (его изменения) запрещены.

Правила техники безопасности

Обращение с электромагнитным излучением

- В измерительном приборе соблюдены нормы и предельные значения, установленные применительно к электромагнитной совместимости согласно директиве о электромагнитной совместимости (EMC) 2014/30/EU.
- Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения по эксплуатации, например, запрет на использование в больницах, в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с кардиостимуляторами. В таких условиях существует возможность опасного воздействия или возникновения помех от и для электронных приборов.
- Эксплуатация под высоким напряжением или в условиях действия мощных электромагнитных переменных полей может повлиять на точность измерений.

Информация по обслуживанию и уходу


Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать чистящие средства, абразивные материалы и растворители.

Перед длительным хранением прибора обязательно вынуть из него батарею/батареи. Прибор хранить в чистом и сухом месте.

Калибровка

Для обеспечения точности результатов измерений следует регулярно проводить калибровку и проверку измерительного прибора.


Мы рекомендуем проводить калибровку с периодичностью раз в год.



- | | |
|----------|------------------------------------|
| a | Лазерный луч включен |
| b | Заряд батареи |
| c | Функция удержания показаний |
| d | Индикация результатов измерений |
| e | Макс. показание во время измерения |
| f | Подсветка дисплея |
| g | Единица измерений °C / °F |


4 °C / °F

Для настройки нужных единиц измерения температуры удерживать нажатой кнопку „°C/F“ до тех пор, пока на дисплее не появится соответствующий символ.




5 Результат непрерывного измерения / Hold

Для проведения непрерывных измерений включить лазер (см. рисунок) и удерживать кнопку нажатой.



Отпустить кнопку, как только направленный луч лазера попадет на нужный участок измерений. Результат измерения удерживается на экране.



Указания к процессу измерений

Этот инфракрасный прибор для измерения температуры определяет температуру различных поверхностей и материалов. Встроенная сенсорная измерительная головка воспринимает инфракрасное излучение, исходящее от каждого тела и отличающееся в зависимости от материала. Степень этого излучения определяется по коэффициенту излучения (0-1).


Прибор постоянно настроен на коэффициент излучения 0,95, что подходит для большинства органических веществ, а также синтетических материалов, керамики, древесины, резины и камня. Необходимо следить за тем, чтобы в пространстве измерения между прибором и поверхностью не было возмущающих воздействий (пар, газ, грязь, стекло).

Окружность лазерного луча

Окружность лазерного луча служит для прицеливания и наглядного отображения места выполнения инфракрасного измерения. Замер температуры происходит только на поверхности в пределах окружности лазерного луча.

Лазерное излучение





Технические характеристики

Изготовитель сохраняет за собой права на внесение технических изменений. Rev24W24

| | |
|---|---|
| Измеряемый параметр | Температура ИК-термометра |
| Функции | МАКС, УДЕРЖИВАТЬ |
| Диапазон измерений в инфракрасном диапазоне | -38°C ... 365°C |
| Точность инфракрасного датчика | ± 2,5°C + 0,05°C/Градус (-38°C ... 0°C) ± 2,5% или ± 2,5% (0°C ... 365°C), применяется большее значение |
| Разрешение инфракрасного датчика | 0,2°C |
| Длина волны лазера | 650 nm |
| Класс лазеров | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Автоматическое отключение | через 15 секунд |
| Питающее напряжение | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Срок работы элементов питания | yak. 35 saat |
| Рабочие условия | 0°C ... 50°C, Влажность воздуха макс. 80% rH, без образования конденсата, Рабочая высота не более 4000 м над уровнем моря |
| Условия хранения | -10°C ... 60°C, Влажность воздуха макс. 80% rH |
| Единица измерения | °C (Цельсия), °F (Фаренгейта) |
| Коэффициент излучения | Фиксированный, 0,95 |
| Оптика | 12:1 (12 м расстояние измерения : 1 м точка замера) |
| Лазер | 8-точечное пятно излучения лазера |
| Размеры (Ш x В x Г) | 113 x 155,5 x 40 мм |
| Вес | 173 g (с батарейки) |

Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу: <https://packd.li/l/aqa/in>



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру «Інформація про гарантії та додаткові відомості», яка додається, та ознайомтеся з актуальними даними та рекомендаціями за посиланням в кінці цієї інструкції. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до лазерного пристроя, віддаючи в інші руки.

Функція / застосування


ThermoSpot Laser — це безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр) з лазерним колом з 8 точками для визначення зони вимірювання. Вимірювання та визначення кількості електромагнітної енергії в інфрачервоному діапазоні дозволяє здійснювати безконтактне вимірювання температури поверхонь.

Загальні вказівки по безпеці

- Використовуйте прилад виключно за призначеннями в межах заявлених технічних характеристик.
- Вимірювальні прилади і приладя до них — не дитяча іграшка. Зберігати у недосяжному для дітей місці.
- Переробки та зміни конструкції приладу не дозволяються, інакше анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.
- Не наражайте прилад на механічне навантаження, екстремальну температуру, вологість або сильні вібрації.
- Забороняється експлуатація приладу при відмові однієї чи кількох функцій або при занизькому рівні заряду елемента живлення.
- Дотримуйтесь норм безпеки, визначених місцевими або державними органами влади для належного користування приладом.

Вказівки з техніки безпеки

Поводження з лазерами класу 2



- Увага: не дивитися на прямий чи відбитий промінь.
- Не наводити лазерний промінь на людей.
- Якщо лазерне випромінювання класу 2 потрапить в око, щільно закрити очі та негайно відвести голову від променя.
- Забороняється дивитися на лазерний промінь або його дзеркальне відображення через будь-які оптичні прилади (лупу, мікроскоп, бінокль тощо).
- Під час використання приладу лазерний промінь не повинен знаходитися на рівні очей (1,40 - 1,90 м).
- Не дозволяється внесення будь-яких змін (модифікація) в конструкцію лазерного пристроя.

Правила техніки безпеки

Обрахнення з електромагнітним ізлученем


- Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням щодо електромагнітної сумісності згідно з директивою ЄС про електромагнітної сумісності (EMC) 2014/30/EU.
- Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч з людьми з електрокардіостимулятором. Існує можливість негативного впливу або порушення роботи електронних пристроїв / через електронні пристрої.
- При використанні в безпосередній близькості від ліній високої напруги або електромагнітних змінних полів результати вимірювань можуть бути неточними.

Інструкція з технічного обслуговування та догляду

Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникати застосування миючих або чистячих засобів, а також розчинників. Перед тривалим зберіганням слід витягнути елемент (-ти) живлення. Зберігати пристрій у чистому, сухому місці.

Калібрування


Для забезпечення точності вимірювань прилад мусить бути відкалибрований та підлягає регулярній перевірці. Рекомендуємо проводити калібрування щорічно.



- | | |
|----------|------------------------------------|
| a | Лазерний промінь ввімкнений |
| b | Заряд батареї |
| c | Функція втримання показань |
| d | Індикатор вимірюваних величин |
| e | Макс. величина під час вимірювання |
| f | Підсвічування дисплея |
| g | Одиниця вимірювання °C / °F |


4 °C / °F

Щоб задати бажану одиницю виміру температури, натискати кнопку «°C/°F» до появи на дисплеї відповідного значка.




5 Безперервне вимірювання / Hold

Щоб виконати безперервне вимірювання, увімкнути лазер (див. рисунок) і втримувати кнопку натиснутую.



Відразу після потрапляння плями націльного лазера в бажане місце виміру кнопку звільнити. Виміряне значення зафіксується.



Вказівки до процесу вимірювання


Цей інфрачервоний прилад для вимірювання температури визначає температуру найрізноманітніших поверхонь та матеріалів. Інтегрована сенсорна вимірювальна голівка приймає інфрачервоне випромінювання, яке випромінює кожне тіло в залежності від матеріалу. Ступінь цього випромінювання визначається за коефіцієнтом випромінювання (0-1). Прилад жорстко налаштований на коефіцієнт випромінювання 0,95, що стосується більшості органічних матеріалів, а також пластмаси, кераміки, деревини, гуми та каміння. Слідкувати за тим, щоб зона вимірювання поміж приладом та поверхнею була вільною від збурювальної величини (пара, газ, бруд, скло).

Лазерний контур

Лазерний контур призначений для спостереження та візуального визначення місця інфрачервоного вимірювання. Вимірювання температури здійснюється тільки на поверхні в межах лазерного контуру.

Вихід лазерного променя





Технічні дані

Изготовитель сохраняет за собой права на внесение технических изменений. Rev24W24

| | |
|--|--|
| Вимірюваний параметр | Температура ІК-термометра |
| Функції | МАКС, УТРИМАННЯ |
| Діапазон вимірювання інфрачервоного випромінювання | -38°C ... 365°C |
| Точність для інфрачервоного вимірювання | ± 2,5°C + 0,05°C/град (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C або ± 2,5% (0°C ... 365°C), застосовується більше значення |
| Роздільна здатність інфрачервоного датчика | 0,2°C |
| Довжина хвиль лазера | 650 nm |
| Клас лазера | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Автоматичне вимкнення | через 15 секунд |
| Живлення | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Термін експлуатації | близько 35 годин |
| Режим роботи | 0°C ... 50°C, Вологість повітря max. 80% rH, без конденсації, Робоча висота макс. 4000 м над рівнем моря (нормальний нуль) |
| Умови зберігання | -10°C ... 60°C, Вологість повітря max. 80% rH |
| Одиниця вимірювання | °C (Цельсій), °F (Фаренгейт) |
| Коефіцієнт випромінювання | Фіксований, 0,95 |
| Оптика | 12:1 (12 м відстань вимірювання : 1 м вимірювана пляма) |
| Лазер | 8-точкове лазерне коло |
| Габаритні розміри (Ш x В x Г) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Вага | 173 g (з батарейки) |

Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних пристрій, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті:

<https://packd.li/l/aqa/in>



Kompletně si pročtěte návod k obsluze, přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“, aktuální informace a upozornění v internetovém odkazu na konci tohoto návodu. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tuto dokumentaci je nutné uschovat a v případě předání laserového zařízení třetí osobě se musí předat zároveň se zařízením.

Funkce / použití


ThermoSpot laser je bezkontaktní infračervený měřič teploty s 8-bodovým laserovým kruhem k zaměření. Měřením a vyhodnocováním množství elektromagnetické energie v infračervené oblasti vlnových délek je umožněno bezkontaktní měření teploty povrchů. To umožňuje vyhodnocení tepelných mostů a kondenzační vlhkosti.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci daných specifikací.
- Měřicí přístroje a příslušenství nejsou hračkou pro děti. Uchovávejte tyto přístroje před dětmi.
- Nejsou dovolené přestavby nebo změny na přístroji, v takovém případě by zaniklo schválení přístroje a jeho bezpečnostní specifikace.
- Nevystavujte přístroj žádnému mechanickému zatížení, extrémním teplotám, vlhkosti nebo silným vibracím.
- Pokud selže jedna nebo více funkcí nebo je příliš slabé nabité baterie, nesmí se již přístroj používat.
- Dodržujte bezpečnostní opatření místních resp. národních úřadů pro správné používání přístroje.

Bezpečnostní pokyny

Zacházení s laserem třídy 2



- Pozor: Nedívejte se do přímého nebo odraženého paprsku.
- Nemiřte laserovým paprskem na lidi.
- Pokud laserové záření třídy 2 zasáhne oči, je nutné vědomě zavřít oči a ihned hlavu odvrátit od paprsku.
- Nikdy nesledujte laserový paprsek ani jeho odrazy optickými přístroji (lupou, mikroskopem, dalekohledem, ...).
- Nepoužívejte laser ve výšce očí (1,40...1,90 m).
- Manipulace (změny) prováděné na laserovém zařízení jsou nepřipustné.

Bezpečnostní pokyny

Zacházení s elektromagnetickým zářením



- Měřicí přístroj dodržuje předpisy a mezní hodnoty pro elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice EMC 2014/30/EU.
- Je třeba dodržovat místní omezení, např. v nemocnicích, letadlech, čerpacích stanicích nebo v blízkosti osob s kardiostimulátory. Existuje možnost nebezpečného ovlivnění nebo poruchy elektronických přístrojů.
- Při použití v blízkosti vysokého napětí nebo pod elektromagnetickými střídavými poli může být ovlivněna přesnost měření.

Pokyny pro údržbu a ošetřování

Všechny komponenty čistěte lehce navlhčeným hadrem a nepoužívejte žádné čisticí nebo abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Před delším skladováním vyjměte baterii/baterie. Skladujte přístroj na čistém, suchém místě.

Kalibrace


Pro zajištění přesnosti měřených výsledků se měřicí přístroj musí pravidelně kalibrovat a testovat. Kalibrace doporučujeme provádět v jednorocném intervalu.



- a** Laser je zapnutý
- b** Nabité baterie
- c** Funkce Hold (přidržení)
- d** Zobrazení naměřených hodnot
- e** Max. hodnota během měření
- f** Osvětlení displeje
- g** Jednotka měření °C / °F


4 °C / °F

Pro nastavení požadované jednotky teploty stiskněte tlačítko „°C/°F“ a přidržte až do zobrazení příslušného symbolu.




5 Souvislé měření / Hold

Pro provedení nepřerušovaného měření aktivujte laser (viz obrázek) a přidržte stisknuté tlačítko.



Jakmile je požadované místo měření zachyceno cílovým laserem, uvolněte tlačítko. Změřená hodnota zůstane zobrazená.



Pokyny k postupu měření

Tento infračervený přístroj k měření teploty zjišťuje teplotu nejrůznějších povrchů a materiálů. Integrovaná měřící hlava se senzorem přijímá infračervené záření, který vysílá každé těleso specificky v závislosti na materiálu. Stupeň tohoto vyzařování je určen emisním stupněm (0-1). Tento přístroj je pevně nastaven na emisní stupeň v hodnotě 0,95, což platí pro většinu organických látek, jakož i plasty, keramiku, dřevo, pryž a kamenivo. Dbejte na to, aby oblast měření mezi přístrojem a povrchem nebyla ničím narušena (páry, plyn, nečistoty, sklo).


Laserový kruh

Laserový kruh slouží k nasměrování a využívá místo infračerveného měření. Měření teploty se provádí pouze na povrchu uvnitř laserového kruhu.

Výstup laseru



ThermoSpot Laser



Technické údaje

Technické změny vyhrazeny. Rev24W24

| | |
|------------------------------------|---|
| Měrná veličina | Teplota infračerveného záření |
| Funkce | MAX, PŘIDRŽENÍ |
| Rozsah měření infračervená teplota | -38°C ... 365°C |
| Přesnost infračervené teploty | ± 2,5°C + 0,05°C/stupňů (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C nebo ± 2,5% (0°C ... 365°C), platí větší hodnota |
| Rozlišení infračervené teploty | 0,2°C |
| Vlnová délka laserového paprsku | 650 nm |
| Třída laseru | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Automatické vypnutí | po 15 sekund |
| Napájení | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Provozní doba | cca 35 hod. |
| Pracovní podmínky | 0°C ... 50°C, Vlhkost vzduchu max. 80% rH, nekondenzující, Pracovní výška max. 4000 m n.m (normální nulový bod) |
| Skladovací podmínky | -10°C ... 60°C, Vlhkost vzduchu max. 80% rH |
| Měrná jednotka | °C (Celsia), °F (Fahrenheita) |
| Emisivita | pevné, 0,95 |
| Optika | 12:1 (12 m vzdálenost měření : 1 m místo měření) |
| Laser | Osmibodový laserový kruh |
| Rozměry (Š x V x H) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Hmotnost | 173 g (včetně baterie) |

Ustanovení EU a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU. Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použité elektrické a elektronické přístroje. Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:
<https://packd.li/l/aqa/in>



Lugege käsitsusjuhend, kaasasolev vihik „Garantii- ja lisajuhised“ ja aktuaalne infomatsioon ning juhised käesoleva juhendi lõpus esitatud interneti-lingil täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja laserseadise edasiandmisel kaasa anda.

Funktsioon / kasutamine

ThermoSpot Laser on puutevaba infrapuna-temperatuurimõõtur, millel on sihtimiseks 8-punktiline laserring. Möötes ja hinnates elektromagnetilise energia hulka infrapuna lainepikkuse vahemikus, on võimalik mõõta pindade temperatuuri ilma kokkupuuteta.

Üldised ohutusjuhised

- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.
- Mööteseadmete ja tarvikute puhul pole tegemist lastele mõeldud mänguasjadega. Hoidke lastele kättesaamatult.
- Ümberehitused või muudatused pole seadmel lubatud, seejuures kaotavad luba ning ohutusspetsifikatsioon kehtivuse.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid temperatuure, niiskust ega tugevat vibratsiooni.
- Seadet ei tohi enam kasutada, kui üks või mitu funktsiooni on rivist välja langenud või patarei laeng on nõrk.
- Palun järgige kohalike ja riiklike ametite ohutusmeetmeid seadme asjatundliku kasutuse kohta.

Ohutusjuhised

Ümberkäimine klassi 2 laseritega



- Tähelepanu: Ärge vaadake otsesesse või peegelduvasse kiirde.
- Ärge suunake laserkiirt inimeste peale.
- Kui klassi 2 laserkiirgus satub silma, siis tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea kohe kiire eest ära liigutada.
- Ärge vaadelge laserkiirt ega refleksiione kunagi optiliste seadmetega (luup, mikroskoop, pikksilm, ...).
- Ärge kasutage laserit simade körgusel (1,40...1,90 m).
- Manipulatsioonid (muudatused) on laserseadisel keelatud.

Ohutusjuhised

Elektromagnetilise kiurgusega ümber käimine

- Mõõteseade vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadele ja piirväärtustele vastavalt EMC-määrusele 2014/30/EL.
- Järgida tuleb kohalikke käituspiiranguid, näiteks haiglates, lennujaamades, tanklates või südamerütmuritega inimeste läheduses. Valitseb ohtliku mõjutamise või häirimise võimalus elektroniiliste seadmete poolt ja kaudu.
- Mõõtetäpsust võivad mõjutada kasutamine suure pinge või tugevate elektromagnetiliste vahelduvväljade läheduses.


Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta

Puhastage köik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja vältige puhastus-, küürimisvahendite ning lahustite kasutamist.

Võtke patareid(d) enne pikemat ladustamist välja. Ladustage seadet puhas, kuivas kohas.

Kalibreerimine


Mõõtseadet tuleb mõõtmistulemuste täpsuse tagamiseks regulaarselt kalibreerida ja kontrollida. Me soovitame kohaldada üheaastast kalibreerimisintervalli.



- | | |
|----------|------------------------------------|
| a | Laserkiir sisse lülitatud |
| b | Patarei laetus |
| c | Hold-funktsioon |
| d | Mõõteväärtuse näidik |
| e | Maksimaalne vääratus mõõtmise ajal |
| f | Ekraanivalgustus |
| g | Mõõtühik °C / °F |


4 °C / °F

Vajutage soovitud temperatuuriühiku seadistamiseks klahvi „°C/F”, kuni displeile ilmub vastav sümbol.




5 Pidevmõõtmine / Hold

Aktiveerige kestevmõõtmise läbiviimiseks laser (vt joonist) ja hoidke klahvi vajutatult.



Kui sihtlaser tuvastab soovitud mõõtekoha, siis laske klahv kohe lahti. Hoitakse mõõdetud väärust.



Soovitusi mõõtmiseks


Käesolev infrapunatemperatuuri mõõteriist mõõdab erinevate pealispindade ja materjalide temperatuuri. Integreeritud andurmõõtepea võtab vastu infrapunktiirguse, mida iga keha materjali spetsiifikast olenevalt kiirgab. Kiirguse kraadi määratatakse emissioonkraadi (0-1) abil. Seade on püsivalt seadistatud emissioonikraadile 0,95, millele vastab tavaliselt enamike orgaaniliste materjalide väärus (nt plast, keraamika, puit, kummi ja kivimid). Pange tähele, et mõõtealas seadme ja pinna vahel ei oleks segajaid (aur, gaas, mustus, klaas).

Laserring

Laserring on mõeldud fokuseerimiseks ja visualiseerib infrapuna-mõõtepunkti. Temperatuuri mõõtmine toimub vaid pinnal, mis jäab laseringi sisse.

Laseri väljumiskoht





Tehnilised andmed

Jätame endale õiguse tehnilisteks muudatusteks. Rev24W24

| | |
|------------------------------------|---|
| Mõõtesuurus | Infrapunatemperatuur |
| Funktsioonid | MAX, HOLD |
| Mõõtevahemik infrapunatemperatuur | -38°C ... 365°C |
| Täpsus infrapunatemperatuur | ± 2,5°C + 0,05°C/kraad (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C või ± 2,5% (0°C ... 365°C), kehtib suurem väärthus |
| Infrapunatemperatuuri resolutsioon | 0,2°C |
| Laserkiire lainepeikkus | 650 nm |
| Laseriklass | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Automaatne väljalülitumine | pärast 15 sekundit |
| Toitepinge | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Tööiga | u 35 tundi |
| Tööttingimused | 0°C ... 50°C, Õhuniiskus max 80% rH, mittekondenseeruv, Töökõrgus max 4000 m üle NN (normaalnull) |
| Ladustamistingimused | -10°C ... 60°C, Õhuniiskus max 80% rH |
| Mõõtühik | °C (Celsius), °F (Fahrenheit) |
| Emissioonikraad | püsiv, 0,95 |
| Optika | 12:1 (12 m mõõtekaugus : 1 m mõõtepunkt) |
| Laser | 8-punktiline laserring |
| Mõõtmed (L x K x S) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Kaal | 173 g (koos patareiga) |

ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiiville elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil: <https://packd.li/ll/aqa/in>



Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare” precum și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet de la capătul acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din cuprins. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate și la predarea mai departe a dispozitivului laser.

Funcție / Utilizare

ThermoSpot Laser poate măsura infrapună-temperaturimōotur, millel on sihtimiseks 8-punktiline laserring. Prin măsurarea și evaluarea cantității de energie electromagnetică în regiunea spectrală infraroșu, este posibilă măsurarea fără contact a temperaturii suprafețelor.

Indicații generale de siguranță

- Utilizați aparatul exclusiv conform destinației sale de utilizare cu respectarea specificațiilor.
- Aparatele de măsură și accesorii nu constituie o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Reconstruirea sau modificarea aparatului nu este admisă, astfel se anulează autorizația și specificațiile de siguranță.
- Nu expuneți aparatul la solicitări mecanice, temperaturi ridicate, umiditate sau vibrații puternice.
- Aparatul nu trebuie să mai fie folosit atunci când una sau mai multe dintre funcțiile acestuia s-au defectat sau nivelul de încărcare a bateriilor este redus.
- Țineți cont de prevederile de siguranță ale autorităților locale resp. naționale privind utilizarea corespunzătoare a aparatului.

Indicații de siguranță

Manipularea cu lasere clasa a 2-a



- Atenție: Nu priviți direct sau în raza reflectată.
- Nu îndreptați raza laser spre persoane.
- Dacă raza laser clasa 2 intră în ochi, aceștia trebuie închiși conștient și capul trebuie îndepărtat imediat din dreptul razei.
- Nu priviți niciodată în raza laser sau reflecția acesteia cu instrumente optice (lupă, microscop, binoclu, ...).
- Nu utilizați laserul la înălțimea ochilor (1,40...1,90 m).
- Manipularile (modificările) dispozitivelor laser sunt nepermise.

Indicații de siguranță

Manipularea cu razele electromagnetice


- Aparatul de măsură respectă prescripțiile și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu directiva EMC 2014/30/UE.
- Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale, în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace. Există posibilitatea unei influențe periculoase sau a unei perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.
- La utilizarea în apropierea tensiunilor ridicate sau în zona câmpurilor electromagnetice variabile ridicate poate fi influențată exactitatea măsurării.

Indicații privind întreținerea și îngrijirea

Curățați toate componentele cu o lavetă ușor umedă și evitați utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți bateria/ile înaintea unei depozitări de durată. Depozitați aparatul la un loc curat, uscat.

Calibrare


Aparatul de măsură trebuie să fie calibrat și verificat în mod regulat pentru a garanta exactitatea rezultatelor măsurătorilor. Recomandăm un interval de calibrare de un an.



- a Raza laser cuplată
- b Încărcare baterie
- c Funcția menținere (hold)
- d Afisaj valoare măsurată
- e Valoare max. în timpul măsurării
- f Iluminare display
- g Unitate de măsură °C / °F


4 °C / °F

Pentru reglarea unității de temperatură dorite apăsați tasta „°C/°F” până când apare simbolul corespunzător pe display.




5 Măsurare continuă / Hold

Pentru executarea unei măsurări continue activați laserul (vezi imaginea) și mențineți tasta apăsată.



În momentul în care locul de măsurare este recepționat cu laserul țintă eliberați tasta. Valoarea măsurată este reținută.



Indicații în privința procesului de măsurare


Acest aparat de măsurare a temperaturii cu infraroșu determină temperatura diverselor suprafețe și materiale. Capul de măsurare cu senzor integrat recepționează raza infraroșie pe care orice obiect o emite în funcție de material. Gradul acestei radiații se determină prin gradul de emisie (0-1). Aparatul este reglat la un grad de emisie de 0,95 care este valabil pentru majoritatea materialelor organice, precum plastic, ceramică, lemn, cauciuc și piatră. Acordați atenție faptului ca domeniul de măsurare între aparat și suprafață să fie liber de perturbații (abur, gaz, murdărie, sticla).

Cercul laser

Cercul laser servește la avizarea și vizualizarea locului pentru măsurarea cu infraroșu. Măsurarea temperaturii se realizează numai la suprafețele din cadrul cercului laser.

Ieșire laser





Date tehnice

Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. Rev24W24

| | |
|---|--|
| Dimensiune de măsurare | Temperatură infraroșu |
| Funcții | MAX, MENTINERE |
| Domeniu de măsurare temperatură infraroșu | -38°C ... 365°C |
| Exactitate temperatură infraroșu | ± 2,5°C + 0,05°C/grade (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C sau ± 2,5% (0°C ... 365°C), este valabilă valoarea mai mare |
| Rezoluție temperatură infraroșu | 0,2°C |
| Lungime undă laser | 650 nm |
| Clasă laser | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Decuplare automată | după 15 secunde |
| Alimentare energie | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Durată funcționare | cca. 35 ore |
| Condiții de lucru | 0°C ... 50°C, Umiditate aer max. 80% rH, fără formare condens, Înălțime de lucru max. 4000 m peste NN (nul normal) |
| Condiții de depozitare | -10°C ... 60°C, Umiditate aer max. 80% rH |
| Unitate de măsurare | °C (Celsius), °F (Fahrenheit) |
| Grad emisie | fix, 0,95 |
| Optică | 12:1 (12 m distanță de măsurare : 1 m pata măsurată) |
| Laser | Cerc laser cu 8 puncte |
| Dimensiuni (L x l x A) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Greutate | 173 g (incl. baterii) |

Prevederile UE și debarasarea

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfuii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.

Pentru alte indicații privind siguranța și indicații suplimentare vizitați:
<https://packd.li/l/aqa/in>



Прочетете изцяло ръководството за експлоатация, приложената брошура „Гаранционни и допълнителни инструкции“, както и актуалната информация и указанията в препратката към интернет в края на това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да се съхранява и да се предаде при предаване на лазерното устройство.

Функция/Използване

Лазерът ThermoSpot е безконтактен измервателен уред на температурата чрез инфрачервени лъчи с 8-точков лазерен кръг за наблюдение. Чрез измерване и анализиране на количеството електромагнитна енергия в инфрачервения вълнов спектър е възможно безконтактно измерване на повърхностна температура.

Общи инструкции за безопасност

- Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца.
Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
- Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията за безопасност.
- Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни температури, влага или прекалено високи вибрации.
- Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко функции откажат или ако зарядът на батерията е нисък.
- Моля придържайте се към мерките за безопасност на местни и национални органи за правилното използване на устройството.

Инструкции за безопасност

Работа с лазери от клас 2



- Внимание: Не гледайте в директния или отразения лъч.
- Не насочвайте лазерния лъч към хора.
- Ако лазерно лъчение от клас 2 попадне в окото, очите трябва съзнателно да се затворят и главата веднага да се премести настрани от лъча.
- Никога не гледайте лазерния лъч или неговото отражение с оптични прибори (лупа, микроскоп, далекоглед, ...).
- Не използвайте лазера на нивото на очите (1,40...1,90 m).
- Манипулации (промени) по лазерното устройство не са разрешени.

Инструкции за безопасност

Работа с електромагнитно лъчение

- Измервателният уред спазва предписанията и граничните стойности за електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2014/30/EC за електромагнитната съвместимост (EMC).
- Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица с пейсмейкери. Съществува възможност за опасно влияние или смущение от електронни уреди.
- При използване в близост до високи напрежения или под силни електромагнитни променливи полета може да бъде повлияна точността на измерване.


Указания за техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и избегвайте използването на почистващи и абразивни препарати и разтворители. Сваляйте батерията/батерииите преди продължително съхранение. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

Калибриране

Измервателният уред трябва редовно да се калибрира и изпитва, за да се гарантира точността на резултатите от измерването.


Препоръчваме интервал на калибиране една година.



- a** Включен лазерен лъч
- b** Зареждане на батерията
- c** Функция Hold (Задържане)
- d** Показание на измерената стойност
- e** Максимална стойност по време на измерването
- f** Осветление на дисплея
- g** Мерна единица °C / °F


4 °C / °F

За да настроите желаната температурна единица, натиснете бутона „°C/°F“, докато на дисплея се появи съответният символ.




5 Непрекъснато измерване / Hold

За извършването на продължително измерване активирайте лазера (вижте фигурата) и задръжте натиснат бутона.



Щом желаното място за измерване бъде регистрирано с целевия лазер, отпуснете бутона. Измерената стойност се запазва.



Указания за процедурата на измерване


Този прибор за измерване на температура с инфрачервени лъчи определя температурата на различни повърхности и материали. Вградената сензорна глава приема инфрачервеното излъчване на специфичното за всеки материал на телата излъчване. Степента на това излъчване се оценява чрез коефициент на излъчване (0-1). В прибора е твърдо зададен коефициент на излъчване 0.95, който е подходящ за основните органични материали, като пластмаса, керамика, дърво, гума и камък. Имайте предвид, че в зоната между прибора и повърхността не трябва да има внасящи смущения обекти (пара, газ, замърсения, стъкло).

Лазерен кръг

Лазерният кръг служи за насочване и визуализира мястото на инфрачервено измерване. Измерването на температура се извършва само на повърхността, която е обхваната от лазерния кръг.

Изход на лазера





Технически характеристики

Запазва се правото за технически изменения. Rev24W24

| | |
|---|---|
| Измервателна величина | Инфрачервена температура |
| Функции | MAX, ЗАДЪРЖАНЕ |
| Диапазон на измерване инфрачервена температура | -38°C ... 365°C |
| Точност инфрачервена температура | ± 2,5°C + 0,05°C/градуса (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C или ± 2,5% (0°C ... 365°C), по-голямата стойност важи |
| Разделителна способност на температура при инфрачервена термография | 0,2°C |
| Дължина на вълната на лазера | 650 nm |
| Лазер клас | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Автоматично изключване | след 15 секунди |
| Захранване | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Продължителност на работа | около 35 часа |
| Условия за съхранение | 0°C ... 50°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз, Работна височина макс. 4000 м над морското равнище |
| Автоматично изключване | -10°C ... 60°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80% |
| Мерна единица | °C (Целзий), °F (Фаренхайт) |
| Степен на излъчване | неподвижен, 0,95 |
| Оптика | 12:1 (12 м отдалеченост на измерването : 1 м измерително петно) |
| Лазер | 8-точков лазерен кръг |
| Размери (Ш x В x Д) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Тегло | 173 g (з батарейки) |

ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес: <https://packd.li/l/aqa/in>



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, το συνημμένο τεύχος „Εγγύηση και πρόσθετες υποδείξεις“ καθώς και τις τρέχουσες πληροφορίες και υποδείξεις στον σύνδεσμο διαδικτύου στο τέλος αυτών των οδηγιών. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με τη συσκευή λέιζερ στον επόμενο χρήστη.

Λειτουργία / Χρήση



Το ThermoSpot Laser είναι μια συσκευή υπερύθρων για την ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας με στόχαστρο λέιζερ 8 σημείων για στόχευση. Με τη μέτρηση και αξιολόγηση της ποσότητας της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στην περιοχή του υπέρυθρου φάσματος συχνοτήτων γίνεται εφικτή η χωρίς επαφή μέτρηση της θερμοκρασίας σε επιφάνειες.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών.
- Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Προσθήκες ή τροποποιήσεις στη συσκευή δεν επιτρέπονται. Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνονται οι άδεια και οι προδιαγραφές ασφάλειας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή έντονους κραδασμούς.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον υπάρξει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες ή εξασθενήσει η μπαταρία.
- Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας τοπικών και εθνικών αρχών για την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής.

Υποδείξεις ασφαλείας

Χρήση λέιζερ της κλάσης 2



- Προσοχή: Μην κοιτάτε κατευθείαν στην ακτίνα ή στην αντανάκλασή της.
- Μην στρέφετε την ακτίνα του λέιζερ σε άτομα.
- Σε περίπτωση πρόσπτωσης ακτίνας λέιζερ κατηγορίας 2 στο μάτι, κλείστε τα μάτια σας και μετακινήστε το κεφάλι αμέσως μακριά από την ακτίνα.
- Ποτέ μην κοιτάτε την ακτίνα λέιζερ ή τις αντανακλάσεις με οπτικές συσκευές (φακός, μικροσκόπιο, κιάλια, ...).
- Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ στο ύψος των ματιών (1,40...1,90 m).
- Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις (αλλαγές) της διάταξης του λέιζερ.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας



- Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία EMC-2014/30/EE.
- Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους κατά τόπους περιορισμούς της λειτουργίας των συσκευών π.χ. σε νοσοκομεία ή αεροπλάνα., σε πρατήρια καυσίμων, ή κοντά σε άτομα με βηματοδότη. Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης βλαβών ή αρνητικής επίδρασης από και μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.
- Αν υπάρχουν κοντά υψηλές τάσεις ή υψηλά ηλεκτρομαγνητικά εναλλασσόμενα πεδία μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια μέτρησης.

Οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση και φροντίδα

Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αποφεύγετε τη χρήση δραστικών καθαριστικών και διαλυτικών μέσων. Αφαιρείτε την/τις μπαταρία/ες πριν από μία αποθήκευση μεγάλης διαρκείας. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε έναν καθαρό, ξηρό χώρο.


Βαθμονόμηση

Η συσκευή ελέγχου τάσης πρέπει να βαθμονομείται και να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέτρησης. Συνιστούμε ένα διάστημα βαθμονόμησης ενός έτους.



4 °C / °F

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας, πατήστε το πλήκτρο „°C/F“, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το αντίστοιχο σύμβολο.




5 Διαρκής μέτρηση / Hold

Για τη διενέργεια μίας μέτρησης-διαρκείας ενεργοποιήστε το λέιζερ (βλέπε εικόνα) και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.



Μόλις αναγνωριστεί η επιθυμητή περιοχή μέτρησης με το στόχαστρο λέιζερ, αφήστε το πλήκτρο. Η μετρηθείσα τιμή διατηρείται.



Υποδείξεις για τη διαδικασία μέτρησης


Η παρούσα συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας υπερύθρων εξακριβώνει τη θερμοκρασία διάφορων επιφανειών και υλικών. Η ενσωματωμένη κεφαλή μέτρησης με αισθητήρα λαμβάνει την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει κάθε σώμα αναλόγως του υλικού του. Ο βαθμός αυτής της ακτινοβολίας καθορίζεται από το βαθμό εκπομπής (0-1). Η συσκευή είναι ρυθμισμένη σταθερά σε βαθμό εκπομπής 0,95, κάτι που ισχύει για τις περισσότερες οργανικές ύλες καθώς και τα πλαστικά, το κεραμικό, το ξύλο, το ελαστικό και τα πετρώδη υλικά. Προσέξτε ότι η περιοχή μέτρησης μεταξύ συσκευής και επιφάνειας δεν πρέπει να έχει παρεμβολές (ατμός, αέρια, ρύποι, γυαλί).

Κύκλος λέιζερ

Ο κύκλος λέιζερ χρησιμεύει στη στόχευση και οπτικοποιεί το σημείο της μέτρησης υπερύθρων. Η μέτρηση θερμοκρασίας γίνεται μόνο στην επιφάνεια εντός του κύκλου λέιζερ.

Έξοδος λέιζερ





Τεχνικά χαρακτηριστικά

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Rev24W24

| | |
|---|--|
| Μέγεθος μέτρησης | Θερμοκρασία υπερύθρων |
| Λειτουργίες | MEG, HOLD |
| Περιοχή μέτρησης Θερμοκρασία υπερύθρων | -38°C ... 365°C |
| Ακρίβεια Θερμοκρασία υπερύθρων | ± 2,5°C + 0,05°C/βαθμό (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C ή ± 2,5% (0°C ... 365°C), ισχύει η υψηλότερη τιμή |
| Ανάλυση Θερμοκρασίας υπέρυθρων | 0,2°C |
| Μήκος κύματος λέιζερ | 650 nm |
| Κατηγορία λέιζερ | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Αυτόματη απενεργοποίηση | μετά από 15 δευτερόλεπτα |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| διάρκεια λειτουργίας | περ. 35 ώρες |
| Συνθήκες εργασίας | 0°C ... 50°C, Υγρασία αέρα μέγ. 80% rH, χωρίς συμπύκνωση, Ύψος εργασίας μέγ. 4000 m πάνω από το μέσο επίπεδο της Θάλασσας |
| Συνθήκες αποθήκευσης | -10°C ... 60°C, Υγρασία αέρα μέγ. 80% rH |
| Μονάδα μέτρησης | °C (Celsius), °F (Fahrenheit) |
| Βαθμός εκπομπών | συμπαγές, 0,95 |
| Οπτικά | 12:1 (12 m Απόσταση μέτρησης : 1 m σημείο μέτρησης) |
| Λέιζερ | Στόχαστρο λέιζερ 8 σημείων |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Βάρος | 173 g (με μπαταρίες) |

Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα:
<https://packd.li/l/aqa/in>



V celoti preberite navodila za uporabo, priloženo knjižico „Garancijski in dodatni napotki“ ter aktualne informacije in napotke na spletni povezavi na koncu teh navodil.
Upoštevajte vsebovana navodila. Ta dokument je treba shraniti in ga izročiti novemu lastniku ob predaji laserske naprave.

Funkcija / Uporaba


Laser ThermoSpot je brezdotična infrardeča naprava za merjenje temperature z 8-točkovnim laserskim krogom za vizualizacijo. Z meritvijo in ovrednotenjem količine elektromagnetne energije v infrardečem območju valovnih dolžin je omogočeno brezdotično merjenje temperature površin.

Splošni varnostni napotki

- Napravo uporabljajte izključno v skladu z njenim namenom in tehničnimi specifikacijami.
- Merilne naprave in dodatki niso otroška igrača. Hranite jih nedostopno otrokom.
- Preureditve ali spremembe na napravi niso dovoljene; v tem primeru uporabno dovoljenje in varnostne specifikacije prenehajo veljati.
- Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, visokim temperaturam, vlagi ali močnim vibracijam.
- Naprave ni več dovoljeno uporabljati, če se pokvari ena ali več funkcij ali je baterija prešibka.
- Upoštevajte varnostne ukrepe lokalnih oz. nacionalnih oblasti za pravilno ravnanje naprave.

Varnostni napotki

Ravnanje z laserji razreda 2



- Pozor: Ne glejte v neposredni ali odsevni žarek.
- Laserskega žarka ne usmerjati v osebe.
- Če vam lasersko sevanje 2. razreda pride v oči, je treba oči zapreti in glavo takoj umakniti iz žarka.
- Laserskega žarka ali odsevov nikoli ne opazujte z optičnimi napravami (povečevalno steklo, mikroskop, daljnogled, ...).
- Laserja ne uporabljajte na višini oči (1,40 ... 1,90 m).
- Manipulacije (spremembe) na laserski napravi niso dovoljene.

Varnostni napotki

Ravnanje z elektromagnetnim sevanjem


- Merilnik je v skladu s predpisi in mejnimi vrednostmi za elektromagnetno združljivost v skladu z Direktivo EMC 2014/30/EU.
- Upoštevati je treba lokalne obratovalne omejitve npr. v bolnišnicah, na letalih, bencinskih črpalkah ali v bližini oseb s srčnim spodbujevalnikom. Obstaja možnost nevarnega vplivanja ali motenj elektronskih naprav in zaradi njih.
- Uporaba v bližini visokih napetosti ali visokih elektromagnetnih izmeničnih polj lahko vpliva na natančnost meritev.

Napotki za vzdrževanje in nego

Vse komponente čistite z rahlo navlaženo krpo in ne uporabljajte čistil, grobih čistil in topil. Pred daljšim skladiščenjem izvzemite baterijo/e. Napravo hranite na čistem in suhem mestu.

Kalibrácia


Merací prístroj musí byť pravidelne kalibrovaný a kontrolovaný, aby bola zabezpečená presnosť nameraných výsledkov. Ako interval kalibrácie odporúčame jeden rok.



- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| a | f | a Laserski žarek je vključen |
| b | g | b Stanje napolnjenosti baterije |
| c | c | c Funkcija Hold |
| d | d | d Prikaz meritne vrednosti |
| e | e | e Najv. vrednost med meritvijo |
| | f | f Osvetlitev zaslona |
| | g | g Merska enota °C / °F |


4 °C / °F

Da nastavite želeno temperaturno enoto, pritiskajte tipko „°C/F“, dokler se na zaslonu ne prikaže ustrezni simbol.




5 Trajna meritev / zadrži

Za trajno meritev aktivirajte laser (glejte sliko) in pridržite tipko.



Takoj, ko s ciljnim laserjem zajamete želeno merilno mesto, tipko izpustite. Izmerjena vrednost se bo zadržala.



Napotki za merjenje


Ta infrardeči merilnik temperature meri temperaturo najrazličnejših površin in materialov. Vgrajena merilna glava s tipalom sprejema infrardeče žarke, ki jih glede na material oddaja vsako telo. Stopnja sevanja je določena s stopnjo emisij (0-1). Naprava je fiksno nastavljena na stopnjo emisij 0,95, kar je ustrezno za večino organskih snovi, kot so umetne snovi, keramika, les, guma in kamen. Upoštevajte, da na merilnem območju med napravo in površino ne sme biti motečih snovi (para, plin, umazanija, steklo).

Laserski krog

Laserski krog se uporablja za prikaz in vizualizira mesto infrardeče meritve. Meritev temperature poteka samo na površini znotraj laserskega kroga. Upoštevajte, da na merilnem območju med napravo in površino ne sme biti motečih snovi (para, plin, umazanija, steklo).

Izhodna odprtina za laser





Tehnični podatki

Tehnične spremembe pridržane. Rev24W24

| | |
|--|---|
| Merska velikost | Infrardeča temperatura |
| Funkcije | NAJV, DRŽI |
| Merilno območje infrardeče temperature | -38°C ... 365°C |
| Natančnost infrardeče temperature | ± 2,5°C + 0,05°C/stopinja (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C ali ± 2,5% (0°C ... 365°C), velja večja vrednost |
| Ločljivost infrardeča temperatura | 0,2°C |
| Valovna dolžina laserja | 650 nm |
| Razred laserja | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Samodejni izklop | po 15 sekund |
| Električno napajanje | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Čas delovanja | pribl. 35 ur |
| Delovni pogoji | 0°C ... 50°C, Zračna vlažnost najv. 80% RV, ne kondenzira, Delovna višina najv. 4000 m nadmorske višine |
| Pogoji skladiščenja | -10°C ... 60°C, Zračna vlažnost najv. 80% RV |
| Merska enota | °C (Celzija), °F (Fahrenheit) |
| Stopnja emisij | fiksno, 0,95 |
| Optika | 12:1 (12 m merilna razdalja: 1 m merilna površina) |
| Laser | 8-točkovni laserski krog |
| Dimenzijs (Š x V x G) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Teža | 173 g (z baterijami) |

EU-določila in odstranjevanje med odpadke

Naprava ustreza vsem potrebnim standardom za prosto prodajo blaga v EU. Ta izdelek je elektronska naprava in jo je treba zbirati in odstraniti ločeno v skladu z evropsko Direktivo za odpadno elektronsko in električno opremo.

Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod:

<https://packd.li/ll/aqa/in>



Olvassa el a kezelési útmutatót, a mellékelt „Garanciára vonatkozó és kiegészítő útmutatások” füzetet, valamint a jelen útmutató végén található internetes link alatti aktuális információkat és útmutatásokat. Kövesse az abban foglalt utasításokat. A jelen dokumentációt meg kell őrizni, és a lézeres készülék továbbadásakor mellékelni kell az eszközhöz.

Funkció / Használat


A ThermoSpot Laser egy érintés nélküli infra hőmérsékletmérő készülék 8-pontos lézerkörrel beirányozáshoz. Az elektromágneses energia mennyiségenek az infravörös hullámhossz-tartományban való mérésével és értékelésével lehetséges válik a felületek érintés nélküli hőmérsékletmérése.

Általános biztonsági útmutatások

- A készüléket kizárolag a rendeltetési célnak megfelelően, a specifikációkon belül használja.
- A mérőkészülékek és tartozékok nem gyermeknek való játékok. Gyermek által el nem érhető helyen tárolandó.
- A készüléket tilos átalakítani vagy módosítani. Ilyen esetben érvényét veszti az engedély és a biztonsági specifikáció.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikus terhelésnek, szélsőséges hőmérsékletnek, nedvességnek vagy erős rázkódásnak.
- Nem szabad használni a műszert, ha egy vagy több funkciója nem működik, vagy ha az elem gyenge.
- Kérjük, hogy a készülék szakszerű használata érdekében vegye figyelembe a helyi, ill. nemzeti hatóságok által hozott biztonsági óvintézkedéseket.

Biztonsági utasítások

2-es osztályú lézerek használata



- Figyelem: Ne nézzen a közvetlen vagy a visszaverődő sugárba.
- Ne irányítsa a lézersugarat személyekre.
- Ha 2. osztályú lézer éri a szemet, tudatosan be kell csukni és azonnal el kell mozdítani a fejet a sugár útjából.
- Soha ne nézzen a lézersugárba vagy a visszavert sugarakba optikai eszközökkel (nagyító, mikroszkóp, távcső stb.).
- Ne használja a lézert szemmagasságban (1,40 ... 1,90 m).
- A lézer berendezést tilos manipulálni (módsításokat végezni rajta).

Biztonsági utasítások

Tudnivalók az elektromágneses sugárzásról



- A mérőműszer megfelel a 2014/30/EU sz. EMC-irányelv eletromágneses összeférhetőségre vonatkozó előírásainak és határértékeinek.
- A pl. kórházakban, repülőgépeken, benzinkutakon vagy szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek közelében történő használatra vonatkozó helyi korlátozásokat be kell tartani. Fennáll a lehetőség, hogy a sugárzás az elektronikus készülékekkel veszélyesen befolyásolja vagy zavarja, ill. a készülékek vannak hasonló hatással a lézerre.
- Magasfeszültség közelében, vagy erős váltakozó mágneses térben történő használatnál a mérési pontosság változhat.

Karbantartási és ápolási útmutató

Tisztítson meg minden komponenst enyhén nedves kendővel, és kerülje a tisztító-, súroló- és oldószerök használatát. Hosszabb tárolás előtt távolítsa el az elemet/elemeket. A készüléket tiszta, száraz helyen tárolja.

Kalibrálás


A mérőműszert rendszeresen kell kalibrálni és ellenőrizni a mérési eredmények pontosságának biztosítására. 1 éves kalibrálási időközöket javasolunk.



- a** Lézersugár bekapcsolás
- b** Elemtöltés
- c** Hold (tartás) funkció
- d** Mért érték kijelző
- e** Max. érték mérés közben
- f** Kijelzővilágítás
- g** Mértékegység °C / °F


4 °C / °F

A kívánt hőmérsékleti egység beállítására addig nyomja a „°C/F” gombot, amíg meg nem jelenik a megfelelő szimbólum.




5 Folyamatos mérés / Hold

Folyamatos mérés végzésére aktiválja a lézert (lásd az ábrát) és tartsa nyomva a gombot.



Amint eléri a céllézer a kívánt mérőhelyet, engedje el a gombot. A mért értéket megtartja.



Útmutató a mérőművelethez


Az infravörös hőmérsékletmérő műszer különböző felületek és anyagok hőmérsékletét méri. A beépített érzékelő mérőfej veszi az infravörös sugárzást, amelyet a testek anyagspecifikusan bocsátanak ki. A kisugárzás fokát a kibocsátási fok határozza meg (0-1). A műszer 0,95 kibocsátási fokra van beállítva, ami megfelel a legtöbb szerves anyagnak, valamint műanyagnak, kerámiának, fának, guminak, közetnek. Figyeljen rá, hogy a műszer és a felület közötti mérőterület zavaró hatástól (gőz, gáz, szennyeződés, üveg) mentes legyen.

Lézerkör

A lézerkör beirányozásra szolgál és vizualizálja az infravörös mérés helyét. A hőmérséklet mérése csak a lézerkörön belüli felületen történik. Figyeljen rá, hogy a műszer és a felület közötti mérőterület zavaró hatástól (gőz, gáz, szennyeződés, üveg) mentes legyen.

Lézerkilépés





Műszaki adatok

(A műszaki módosítások joga fenntartva. Rev24W24)

| | |
|---|---|
| Mérési mennyiség | Infravörös hőmérséklet |
| Funkciók | MAX, TART |
| Infravörös hőmérséklet mérési tartomány | -38°C ... 365°C |
| Infravörös hőmérséklet pontosság | ± 2,5°C + 0,05°C/fok (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C vagy ± 2,5% (0°C ... 365°C), a magasabb érték érvényes |
| Infrahőmérséklet felbontása | 0,2°C |
| Lézer hullámhossz | 650 nm |
| Lézer osztály | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Automatikus lekapcsolás | 15 másodperc elteltével |
| Áramellátás | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Üzemelési idő | kb. 35 óra |
| Működési feltételek | 0°C ... 50°C, Levegő páratartalom max. 80% rH, nem kondenzálódó, Munkavégzési magasság max. 4000 m középtengerszint felett |
| Tárolási feltételek | -10°C ... 60°C, Levegő páratartalom max. 80% rH |
| Mértékegység | °C (Celsius), °F (Fahrenheit) |
| Kibocsátási fok | fix, 0,95 |
| Optika | 12:1 (12 m mérőtávolság: (1 m mérési felület) |
| Lézer | 8-pontos lézerkör |
| Méretek (sz x ma x mé) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Súly | 173 g (elemmel) |

EU-rendeletek és ártalmatlanítás

A készülék megfelel az EU-n belüli szabad forgalmazásra vonatkozó minden szükséges szabványnak.

Ez a termék egy elektromos készülék és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv szerint szelektíven kell gyűjteni és ártalmatlanítani.

További biztonsági és kiegészítő útmutatások: <https://packd.li/II/aqa/in>



Kompletne si prečítajte návod na použitie, priložený zošit „Záruka a dodatočné upozornenia“, ako aj aktuálne informácie a upozornenia na internetovom odkaze na konci tohto návodu. Dodržiavajte pokyny uvedené v týchto podkladoch. Tieto podklady si uschovajte a pri postúpení laserového zariadenia ďalším osobám ich odovzdajte spolu so zariadením.

Funkcia / Použitie


Laserul ThermoSpot este un aparat de măsură a temperaturii cu infraroșu fără atingere cu cerc laser cu 8 puncte pentru vizare. Meraním a vyhodnotením množstva elektro-magnetickej energie v rozsahu infračervených vlnových dĺžok sa umožňuje optické meranie teploty povrchu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prístroj používajte výlučne v súlade s účelom použitia v rámci špecifikácií.
- Meracie prístroje a ich príslušenstvo nie sú hračky. Uschovajte mimo dosahu detí.
- Na prístroji nie je povolené vykonávať žiadne úpravy alebo zmeny, tieto by znamenali zánik osvedčenia vydaného pre tento prístroj a zánik bezpečnostnej špecifikácie.
- Prístroj nevystavujte mechanickému zataženiu, enormným teplotám, vlhkosti alebo silným vibráciám.
- Prístroj nesmiete používať, ak vypadne jedna alebo viaceré funkcie alebo je slabé nabitie batérie.
- Zohľadnite bezpečnostné opatrenia lokálnych, resp. národných úradov pre odborne správne používanie prístroja.

Bezpečnostné upozornenia

Zaobchádzanie s lasermi triedy 2



- Pozor: Nepozerajte sa do priameho alebo odrazeného lúča.
- Laserový lúč nesmerujte na osoby.
- Ak laserové žiarenie triedy 2 zasiahne oči, oči vedome zavorte a hlavu okamžite odklopte zo smeru lúča.
- Laserový lúč alebo odrazy nikdy nepozorujte pomocou optických prístrojov (lupa, mikroskop, ďalekohľad, ...).
- Laser nepoužívajte vo výške očí (1,40 ... 1,90 m).
- Manipulácie (zmeny) na laserovom zariadení sú neprípustné.

Bezpečnostné upozornenia

Zaobchádzanie s elektromagnetickým žiarením


- Merací prístroj dodržiava predpisy a hraničné hodnoty pre elektromagnetickú kompatibilitu podľa smernice EMC 2014/30/EÚ.
- Miestne prevádzkové obmedzenia, napr. v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach alebo v blízkosti osôb s kardiostimulátormi sa musia dodržiavať. Existuje tu možnosť nebezpečného vplyvu alebo rušenia elektronických prístrojov a elektronickými prístrojmi.
- Presnosť merania môže byť ovplyvnené pri použití prístroja v blízkosti vysokého napäťia alebo striedavých elektromagnetických polí.

Pokyny pre údržbu a starostlivosť

Vyčistite všetky súčasti mierne navlhčenou handrou a vyhnite sa použitiu čistiacich, abrazívnych prostriedkov a rozpúšťadiel. Pred dlhším uskladnením vyberte von batériu/batérie. Prístroj skladujte na čistom, suchom mieste.

Kalibrácia


Merací prístroj musí byť pravidelne kalibrovaný a kontrolovaný, aby bola zabezpečená presnosť nameraných výsledkov. Ako interval kalibrácie odporúčame jeden rok.



- a:** Laserový lúč zapnutý
- b:** Nabítie batérie
- c:** Funkcia Hold
- d:** Ukazovateľ nameraných hodnôt
- e:** Maximálna hodnota pri meraní
- f:** Podsvietenie displeja
- g:** Meracia jednotka


4 °C / °F

Na nastavenie požadovanej teplotnej jednotky držte tlačidlo „°C/F“ stlačené, až kým sa na displeji neobjaví príslušný symbol.




5 Trvalé meranie / Hold

Na permanentné meranie aktivujte laser (pozri obrázok) a tlačidlo podržte stlačené.



Hned po označení miesta merania pomocou zameriavacieho lasera tlačidlo pustite. Nameraná hodnota ostane zachovaná.



Upozornenia k postupu merania


Tento infračervený teplomer meracieho prístroja meria teplotu rôznych povrchov a materiálov. Integrovaná snímacia meracia hlava prijíma infračervené žiarenie, ktoré vydáva každé teleso podľa materiálu, z ktorého je vyrobené. Stupeň žiarenia sa určuje emisivitou (0 – 1). Zariadenie je nastavené na emisivitu 0,95, ktorá zodpovedá emisivite väčšiny organických látok, plastov, keramiky, gumen a hornín. Dbajte na to, aby sa v meracej oblasti medzi prístrojom a povrhom nenachádzali žiadne iné rušivé látky (para, plyn, nečistoty, sklo).

Laserový kruh

Laserový kruh slúži na zameranie a zobrazenie miesta infračervenejho merania. Meranie teploty prebieha iba na povrchu v laserovom kruhu.

Výstup lasera





Technické údaje

(Technické zmeny vyhradené. Rev24W24)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Merná veličina | Infračervené teplota |
| Funkcie | MAX, PODRŽTE |
| Rozsah merania infračervená teplota | -38°C ... 365°C |
| Presnosť infračervené teploty | ± 2,5°C + 0,05°C/stupňov (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C alebo ± 2,5% (0°C ... 365°C), platí väčšia hodnota |
| Rozlíšenie infračervená teplota | 0,2°C |
| Vlnová dĺžka lasera | 650 nm |
| Trieda lasera | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Automatické vypnutie | po 15 sekúnd |
| Napájanie prúdom | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Životnosť | cca 35 hod. |
| Pracovné podmienky | 0°C ... 50°C, Vlhkosť vzduchu max. 80% rH, bez kondenzácie, Pracovná výška max. 4000 m nad morom (m n. m.) |
| Podmienky skladovania | -10°C ... 60°C, Vlhkosť vzduchu max. 80% r.v. |
| Jednotka merania | °C (Celzius), °F (Fahrenheit) |
| Stupeň emisivity | pevne 0,95 |
| Optika | 12:1 (meracia vzdialenosť 12 m: meracia plocha 1 m) |
| Laser | 8-bodový laserový kruh |
| Rozmery (Š x V x H) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Hmotnosť | 173 g (vrátane batérií) |

Ustanovenie EÚ a likvidácia

Prístroj splňa všetky potrebné normy pre voľný pohyb tovaru v rámci EÚ.

Tento výrobok je elektrické zariadenie a musí byť separátne zhromažďovaný a likvidovaný v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Ďalšie pokyny k bezpečnosti a doplnkové pokyny nájdete na:
<https://packd.li/l/aqa/in>



U potpunosti pročitajte upute za uporabu i priloženu brošuru „Jamstvo i dodatne napomene“ kao i najnovije informacije na internetskoj poveznici navedenoj na kraju ovih uputa. Slijedite upute koje se u njima nalaze. Ovaj dokument mora biti pohranjen nasigurno mjesto i spremljen zajedno s uređajem.

Funkcija / Primjena

ThermoSpot laser je uređaj za mjerjenje infracrvene temperature bez kontakta s laserskim krugom od 8 točaka za viziranje. Mjerjenjem i procjenom količine elektromagnetske energije u rasponu infracrvenih valnih duljina omogućeno je mjerjenje temperature površina bez kontakta.

Opće sigurnosne upute

- Uređaj se smije koristiti samo u skladu s namjenom i unutar opsega specifikacija.
- Mjerni alati i pribor nisu igračke. Držati ih podalje od dohvata djece.
- Zabranjene su sve preinake ili izmjene na uređaju jer će se time izgubiti valjanost odobrenja i sigurnosnih specifikacija.
- Ne izlagati uređaj mehaničkim naprezanjima, ekstremnim temperaturama, vlazi ili snažnim vibracijama.
- Uređaj se ne smije dalje koristiti ako mu otkažu jedna ili više funkcija ili ako je baterija slaba
- Poštivati sve sigurnosne propise koje propisuju lokalne i državne vlasti s obzirom na ispravnu i pravilnu uporabu uređaja.

Sigurnosne upute

Korištenje lasera klase 2



Lasersko zračenje!
Ne gledati u lasersku zraku!
Laser klase 2 · < 1 mW · 650 nm
IEC 60825-1:2014,
EN 60825-1:2014/A11:2021

- Pozor: Ne gledati izravnu ili reflektiranu zraku.
- Ne usmjeravati laserski snop prema osobama.
- Ako su oči osobe izložene laserskom zračenju klase 2, treba odmah zatvoriti oči i odmaknuti se od snopa.
- Ni pod kojim uvjetima se optički instrumenti (povećalo, mikroskop, dalekozor) ne smiju koristiti za gledanje u lasersku zraku ili njezin odraz.
- Ne koristiti laser u razini očiju (1,40 ... 1,90 m)
- Preinake ili izmjene na uređaju nisu dopuštene.

Sigurnosne upute

Suočavanje s elektromagnetskim zračenjem


- Mjerni uređaj ispunjava propise o elektromagnetnoj kompatibilnosti i granične vrijednosti sukladno EMC direktivi 2014/30/EU.
- Mogu se primijeniti lokalna ograničenja pri radu – npr. u bolnicama, zrakoplovima, benzinskim crpkama ili u blizini ljudi s elektrostimulatorom srca. Elektronički uređaji mogu potencijalno uzrokovati opasnost ili smetnje ili biti izloženi opasnostima ili smetnjama.
- Rad u blizini visokog napona ili jakih elektromagnetskih izmjeničnih polja može negativno utjecati na točnost mjerena.

Karbantartási és ápolási útmutató

Očistite sve dijelove vlažnom krpom i nemojte koristiti sredstva za čišćenje, sredstvo za uklanjanje mrlji i otapala. Izvadite bateriju prije čuvanja i neupotrebljavanja na duže vrijeme. Spremite uređaj na čisto i suho mjesto.

Kalibracija


Mjerni uređaj treba redovito kalibrirati i testirati da se zajamče točni rezultati mjerena. Preporučujemo kalibraciju provesti jednom godišnje.



- | | |
|----------|----------------------------------|
| a | Uključena laserska zraka |
| b | Napunjeno baterije |
| c | Funkcija Hold (zadržavanje) |
| d | Prikaz izmjerene vrijednosti |
| e | Maks. vrijednost tijekom mjerena |
| f | Osvjetljenje zaslona |
| g | Mjerna jedinica °C / °F |


4 °C / °F

Za postavljanje potrebne temperaturne jedinice pritisnuti i držati gumb „°C/°F“ dok se odgovarajući simbol ne pojavi na zaslonu.




5 Kontinuirano mjerjenje / Hold (zadržavanje)

Za kontinuirano mjerjenje aktivirati laser (vidi sliku) i držati gumb pritisnutim.



Otpustiti gumb čim laserski krug pronađe mjernu lokaciju. Izmjerena vrijednost se zadrži.



Napomena o mjernom postupku

Ovaj infracrveni temperaturni instrument detektira temperaturu različitih površina i materijala. Ugrađena senzorska glava detektira infracrvene zrake koje emitira svaki objekt i koje su specifične za svaki materijal. Količina ovih emisija određuje se koeficijentom emisije materijala (0...1). Ovaj instrument je tvornički podešen na koeficijent emisije 0,95 koji je primjenjiv za većinu organskih materijala, kao i plastiku, keramiku, drvo, gumu i kamen. Uvijek provjeriti da je prostor između instrumenta i mjerene podloge čist, da nema smetnji (pare, plina, onečišćenja, stakla).


Laserski krug

Laserski krug je sredstvo za ciljanje da se uoči lokacija infracrvenog mjerjenja. Temperaturno mjerjenje se obavlja jedino na površini unutar laserskog kruga.

Laserski izlaz



Poruka upozorenja
o laseru



Tehnički podaci

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Rev24W24

| | |
|---|--|
| Mjerna veličina | Infracrvena temperatura |
| Funkcije | MAKS, DRŽI |
| Mjerno područje infracrvene temperature | -38°C ... 365°C |
| Točnost infracrvene temperature | ± 2,5°C + 0,05°C/stupanj (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C ili ± 2,5% (0°C ... 365°C), vrijedi veća vrijednost |
| Razlučivost infracrvene temperature | 0,2°C |
| Valna duljina lasera | 650 nm |
| Klasa lasera | 2 / < 1 mW (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021) |
| Automatsko isključivanje | nakon 15 sekundi |
| Napajanje | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Trajanje rada | oko 35 sati |
| Radni uvjeti | 0°C ... 50°C, maks. vлага 80% rH, bez kondenzacije, Radna visina maks. 4000 m nadmorske visine (normalna nula) |
| Uvjeti skladištenja | -10°C ... 60°C, maks. vлага 80% rH |
| Mjerna jedinica | °C (Celzija), °F (Fahrenhajt) |
| Razina emisije | fiksno, 0,95 |
| Optika | 12:1 (udaljenost mjerena 12 m : 1 m mjerne površine) |
| Laser | Laserski krug sa 8 točaka |
| Dimenzije (Š x V x D) | 113 x 155,5 x 40 mm |
| Masa | 173 g (uključujući baterije) |

EU smjernice i zbrinjavanje otpada

Uredaj ispunjava sve potrebne standarde za slobodno kretanje robe unutar EU. Ovaj proizvod je električni uređaj i mora se prikupiti odvojeno za zbrinjavanje prema Europskoj direktivi o otpadu iz električne i elektroničke opreme.

Daljnje sigurnosne i dodatne napomene nalaze se na:

<https://packd.li/l/aqa/in>

ThermoSpot Laser

ThermoSpot Laser



Manuale

PAP 22

CARTA

RACCOLTA CARTA

Verifica le
disposizioni del
tuo Comune.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

CE UK
CA



MADE IN PRC
Rev24W24

Laserliner